

2010年6月2日

日本アルカテル・ルーセント(株)

アルカテル製 ロータリーポンプのコンデンサー改修対象製品の見分け方 (3版)

改修対象製品は、下記の通りです。

1. シリアルプレートに、ALCATELロゴのある製品。(写真3)
2. 製造番号が408959以前の製品(写真3)
3. 単相電源100Vあるいは単相電源200Vでご使用中の製品 (写真4：銘板)
4. モータ部のカバーが白色の製品(写真4)
5. モータ部に ON/OFF スイッチが付いている製品 (写真5)

6. 今回の対象製品外 (写真1, 2)

合格シールラベル添付ポンプ

(上記対象製品で、既に改造が終了しているポンプ)

*合格ラベルは、下記写真1, 2の2種類が、あります。




写真1

合格シール



写真2



写真3

ポンプ吸気口と排気口の間にシリアルプレートを、ご確認ください。

- 1) ALCATEL 製品であることを、ご確認ください。
- 2) 製造番号408959以前の製品が改修対象になります。



写真 4

対象製品の全体形状です。

- 1) モーターカバーの部分が白い樹脂製の製品が改修対象になります。



写真 5

モーターカバー右上部に電源ケーブル接続部（IEC コネクタ）があり、その左側に ON/OFF スイッチがある製品が改修対象になります。