

平成 25 年 10 月 18 日

各専攻、施設事務室 殿

環境安全管理室

### 連続運転(終夜等含む)機器使用実験室等への掲示依頼

日頃は安全衛生活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。

先日(休日)、理学部内で連続運転を実施している実験室内の機器(ロータリーポンプの電解コンデンサー)から発煙があり、防災監視盤の発報により防災センター職員が現場に急行する事例が発生いたしました。この時、休日のため室内は無人であり、かつ緊急時の連絡先等が室内に明示されておらず、担当教官等に連絡が早急に取れない事態が発生いたしました。

つきましては、連続運転(終夜、休日等含む)をしている機器を使用している実験室等に、添付の貼り紙(連続運転中の責任者、連絡先等が明示されたもの)を実験室入口の扉(外側、内側)にそれぞれ貼っていただき、緊急時の連絡が早急に取れる体制にご協力いただきますよう研究室へ依頼いたします。

\* 掲示用貼り紙は、2種類になります。扉外側(廊下側)には、内線等の連絡先をご記入いただき、扉内側には、緊急時携帯電話番号等をご記入いただき、掲示願います。  
(冷蔵庫、フリーザー、空調、事務機器等の連続運転は除きます)

ご不明な点等ありましたら以下問い合わせ先宛てご連絡ください。

どうぞ宜しくお願いいたします。

問い合わせ先:環境安全管理室

連絡先:kankyo@adm.s.u-tokyo.ac.jp

内線 28868