

## 弊社取扱商品「セラミック金網」使用中止と製品回収のお詫びとお願い

お客様各位

株式会社島津理化

弊社が販売しておりました下記の金網にアスベストが混入していることが判明致しました。労働安全衛生法施行令の改正（平成18年9月1日）に基づくアスベスト全面禁止に抵触する結果となり、弊社商品をご愛顧いただいている全国の学校関係者の方々に心よりお詫び申し上げます。

今回の該当商品は、仕入商品ではありますが、品質管理体制の不十分さの結果と考えており、重ねてお詫び申し上げます。

該当商品の使用中止をお願いするとともに、該当商品の早期回収にご協力をお願いする次第です。納入先の学校へは弊社販売店よりご連絡申し上げます。回収の詳細につきましては、弊社と販売店により該当商品の確認と回収にお伺いすることになりますのでご協力をお願い致します。

### 記

#### 【該当商品】

商品名：セラミック金網（10枚組）

Cat. No：113-070

内 容：大きさ 150×150mm（セラミック部：直径110mm）

本件に関するお問合せ先：株式会社島津理化

フリーダイヤル 0120-376-673

以上

